Ing. Christian Fuczik
Chemisches Laboratorium
Darwingasse 27/6, 1020 Wien
E-Mail: info@hanfanalytik.at
Tel.: +43 660 86 700 63
www.hanfanalytik.at

IFHA

# Analysenzertifikat

Referenz ID: WienerWiesn EU
Bezeichnung: Fedora
Probenmaterial: Pflanzenteile
Geerntet am: 09.01.2019

Auftraggeber: CBD Express
Proben ID: 71500223

Probeneingang am 10.01.2019 um 13:50

| Kürzel | Substanz | Ergebnis | Einheit | M.U.* |
|---|---|---|---|---|
| P-GEW | Gewicht der eingelangten Probe | 1,023 | g | 0,0050 |
| T-CBD | Summe Cannabidiol (CBD + CBDA) | 2,87 | % | 0,143 |
| CBD | Cannabidiol | 0,34 | % | 0,026 |
| CBDA | Cannabidiol-Carboxylsäure | 2,88 | % | 0,144 |
| T-THC | Summe Tetrahydrocannabinol (THC + THCA) | 0,11 | % | 0,005 |
| D9THC | D9-Tetrahydrocannabinol | 0,04 | % | 0,005 |
| THCA | Tetrahydrocannabinol-Carboxylsäure | 0,08 | % | 0,005 |
| D8THC | D8-Tetrahydrocannabinol | < 0,02 | % | 0,005 |
| T-CBG | Summe Cannabigerol (CBG + CBGA) | 0,06 | % | 0,005 |
| CBG | Cannabigerol | < 0,02 | % | 0,005 |
| CBGA | Cannabigerol-Carboxylsäure | 0,07 | % | 0,005 |
| CBN | Cannabinol | < 0,02 | % | 0,005 |
| CBC | Cannabichromen | 0,03 | % | 0,005 |
| THCV | Tetrahydrocannabivarin | 0,02 | % | 0,005 |
| CBDV | Cannabidivarin | < 0,02 | % | 0,005 |
| CBDVA | Cannabidivarin-Carboxylsäure | 0,05 | % | 0,005 |

Bild der eingelangten Probe:

verantwortlich für die Analytik:

Ing. Christian Fuczik, Chemiker

Analyse abgeschlossen und technisch validiert: 30.01.2019 um 14:56

Fußnoten:
*) Die ermittelte Messunsicherheit (M.U.) ist immer in der selben Einheit wie das angegebene Ergebnis.
Für die Berechnungen der Äquivalenzsummen wurden die jeweiligen Säureformen mit dem Faktor 0,877 bzw. 0,878 multipliziert, um auf die äquivalente Menge der neutralen Form zu schließen.
Analysenmethode: HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Prozentangaben sind bezogen auf das ermittelte Gewicht der eingelangten Probe. Alle Messmethoden wurden mit zertifizierten Referenzmaterialien (CRM) kalibriert und kontrolliert. Die Messungen mit HPLC wurden streng nach der Methode des Herstellers durchgeführt, die in den USA (aber nicht in der EU) zertifiziert ist.
Dieses Analysenzertifikat darf nur als Ganzes und nicht in Teilen wiedergegeben werden.